

CORMAY IMMUNO-CONTROL I



KARTA WARTOŚCI WYZNACZONYCH / ASSAY SHEET

F07-QAD-01_07 15.12.2023

Nr kat. / Cat. No	Seria / Lot	Data ważności / Expiration date
4-288	503-8383	2026-10

PARAMETR / PARAMETER	METODA / METHOD	IMMUNO-CONTROL I (L)		IMMUNO-CONTROL I (H)	
		WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / MEAN	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE / C-REACTIVE PROTEIN	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dL	0.73 – 1.09 mg/dL	2.50 mg/dL	2.00 – 3.00 mg/dL
ANTY- STREPTOLIZYNA O / ANTY-STREPTOLYSIN O	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	145 IU/mL	128 – 162 IU/mL	307 IU/mL	270 – 344 IU/mL
CZYNNIK REUMATOIDALNY / RHEUMATOID FACTOR	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17.4 IU/mL	13.05 – 21.75 IU/mL	41.6 IU/mL	31.2 – 52.0 IU/mL